

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

Giới thiệu chung về dự toán mua sắm và gói thầu

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm và gói thầu

- + Gói thầu: Mua vật tư y tế cho đơn vị can thiệp tim mạch.
- + Bên mời thầu: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế.
- + Nguồn vốn: Nguồn thu hợp pháp của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế dành để chi thường xuyên.
- + Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế.
- + Thời gian thực hiện: 2025.
- + Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

STT	Tên phần (lô)	Đơn vị tính	Yêu cầu về kỹ thuật
1	Giá đỡ (Stent) động mạch vành sinh học phủ thuốc Sirolimus	Cái	Giá đỡ (Stent) mạch vành phủ thuốc Sirolimus: - Nguyên vật liệu khung: CoCr (Cobalt Chromium L605). - Thuốc phủ: Sirolimus. - Liều lượng thuốc: $\geq 1.33\mu\text{g}/\text{mm}^2$. - Polymer tự tiêu: PLLA/PLGA - Độ dày lớp phủ: 3-5 μm . - Dấu cản quang: 02 dấu cản quang Platinum-Iridium. - Đường kính: các cỡ từ ≥ 2.00 đến ≤ 4.50 (mm). - Chiều dài: các cỡ từ ≥ 08 đến ≤ 48 (mm). - Độ dày khung stent: $\geq 65\mu\text{m}$.

Lưu ý:

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật cao hơn so với yêu cầu nêu trong E-HSMT.