

Số: 754/QĐ-BV

An Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT và gia hạn thời gian đóng, mở thầu  
Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị y tế chuyên khoa Mắt thuộc dự toán Mua  
sắm thiết bị y tế chuyên khoa

### GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT – TAI MŨI HỌNG – RĂNG HÀM MẶT AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-BV ngày 25/7/2025 của Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang về việc phê duyệt kế hoạch Mua sắm thiết bị y tế chuyên khoa Mắt;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-BV ngày 06/8/2025 của Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm thiết bị y tế chuyên khoa Mắt của Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang;

Căn cứ quyết định 700/QĐ-BV ngày 17/9/2025 Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm thiết bị y tế chuyên khoa Mắt của Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang;

Căn cứ thông báo mời thầu số IB2500357168 đăng tải: 14 giờ 47 phút, ngày 17/9/2025;

Căn cứ công văn nhận được trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 30/9/2025 về việc làm rõ E-HSMT;

Căn cứ công văn số 198/CV-PHTS/ĐT.2025 ngày 01/10/2025 về việc phản hồi về thông số kỹ thuật của Công ty TNHH tư vấn và chuyển giao công nghệ Đại Tín;

Theo đề nghị tổ tư vấn về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị y tế chuyên khoa Mắt.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Sửa đổi E-HSMT như sau:

– Sửa đổi nội dung tại chương V – Hồ sơ mời thầu, mã lô phần PP2500373177 - Máy phẫu thuật mắt Phaco

STT	Thông số kỹ thuật mời thầu	Nhà thầu làm rõ Đề nghị thay đổi	Điều chỉnh, thay đổi của chủ đầu tư
1	Tốc độ cắt dịch kính bán phần trước với đầu cắt: cài đặt được từ $\geq 50$ đến $\leq 2500$ nhất cắt/phút	Hạn chế nhà thầu khác có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp hơn ( $\geq 50$ đến $\leq 2500$ nhất cắt/phút). Đây là thông số kỹ thuật của Model Veritas (dẫn chứng: catalog đính kèm công văn này). Đề nghị thay đổi: từ 50 đến $\leq 5000$ nhất cắt/phút	Tốc độ cắt dịch kính bán phần trước với đầu cắt: cài đặt tối đa $\geq 2500$ nhất cắt/phút
2	Chiều cao cột nước: 0 cm đến $\leq 106$ cm	Không đánh giá tiêu chuẩn này vì đây là thông số kỹ thuật của Model Veritas (dẫn chứng: catalog đính kèm công văn này)	Chiều cao cột nước: tối đa $\geq 100$ cm
3	Có thể sử dụng đồng thời hai bơm nhu động và bơm Venturi trong cùng một ca mổ	Không đánh giá tiêu chuẩn này vì đây là thông số kỹ thuật của Model Veritas (dẫn chứng: catalog đính kèm công văn này)	Có thể sử dụng hai bơm: bơm nhu động và bơm Venturi trong cùng một ca mổ

– Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định số 700/QĐ-BV ngày 17/9/2025 của Giám đốc bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang về việc duyệt E\_HSMT gói thầu Mua sắm thiết bị y tế chuyên khoa Mắt.

**Điều 2.** Gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu như sau:

– Thời điểm đóng thầu: 10:00 giờ ngày 06/10/2025 10:00 gia hạn thành 10 giờ 00 ngày 14/10/2025.

– Thời điểm mở thầu: 10:00 giờ ngày 06/10/2025 10:00 gia hạn thành 10 giờ 00 ngày 14/10/2025.

**Điều 3.** Giao Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như trên điều 4
- Lưu: VT

**GIÁM ĐỐC**



**Mã Lan Thanh**