

Số: 379 /QĐ-BVLG

La Gi, ngày 28 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu: Thay thế vật tư, linh kiện cho thiết bị khử khuẩn kết hợp nghiền cắt xử lý chất thải y tế của Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi thuộc dự toán mua sắm: Thay thế vật tư, linh kiện cho thiết bị khử khuẩn kết hợp nghiền cắt xử lý chất thải y tế của Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LA GI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-BVLG ngày 23/10/2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thay thế vật tư, linh kiện cho thiết bị khử khuẩn kết hợp nghiền cắt xử lý chất thải y tế của Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-BVKG ngày 19/11/2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thay thế vật tư, linh kiện cho thiết bị khử khuẩn kết hợp nghiền cắt xử lý chất thải y tế của Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thay thế vật tư, linh kiện cho thiết bị khử khuẩn kết hợp nghiền cắt xử lý chất thải y tế của Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi thuộc dự toán mua sắm: Thay thế vật tư, linh kiện cho thiết bị khử khuẩn kết hợp nghiền cắt xử lý chất thải y tế của Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi;

Căn cứ Công văn làm rõ E-HSMT của Công ty cổ phần đầu tư HDN ngày 26/11/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 528/BVLG-TCCB ngày 27/11/2025 về việc trả lời kiến nghị làm rõ E-HSMT gói thầu: Thay thế vật tư, linh kiện cho thiết bị khử khuẩn kết hợp nghiền cắt xử lý chất thải y tế của Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi;

Căn cứ Tờ trình số 600-1/TTr-MT ngày 27/11/2025 của Công ty TNHH tư vấn quản lý và đầu tư Minh Tâm;

Căn cứ Báo cáo thẩm định sửa đổi E-HSMT số 834/2025/BCTĐ-TPA ngày 28/11/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Thịnh Phát An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số thông tin thuộc Chương V. Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT của E-HSMT gói thầu: Thay thế vật tư, linh kiện cho thiết bị khử khuẩn kết hợp nghiền cắt xử lý chất thải y tế của Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi với nội dung dưới đây:

STT	Yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT	Thông tin sửa đổi, điều chỉnh
1	Bộ dao cắt rác của thiết bị	
	- Công suất động cơ của 2 trục: 11KW x 2	- Chịu được trọng tải của 2 trục dao cắt: 11KW x 2
	Các nội dung khác vẫn giữ nguyên	
2	Trục vít động cơ đảo rác của máy hấp	
	- Độ dày inox: 8mm	- Độ dày inox hoặc thép chịu lực từ: 8- 10 mm
	Các nội dung khác vẫn giữ nguyên	

Điều 2. Giao Đơn vị Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tiếp tục tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng phòng TCCB-HCQT, Trưởng phòng TCKT, cá nhân có liên quan của Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi và các Đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu VT, TC (B).



Cao Xuân Quan