

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG
Số: 2789/QĐ-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 2: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế năm 2025 – Bệnh viện đa khoa Hà Đông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế, y dụng cụ năm 2025 – Bệnh viện đa khoa Hà Đông thuộc dự toán: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế, y dụng cụ năm 2025 – Bệnh viện đa khoa Hà Đông

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số: 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Nghị định 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định cho tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2713/QĐ-BV ngày 02/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Hà Đông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự toán mua sắm bổ sung thiết bị y tế, y dụng cụ năm 2025 – Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

Căn cứ Quyết định 2761/QĐ-BV ngày 08/12/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế năm 2025 – Bệnh viện đa khoa Hà Đông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế, y dụng cụ năm 2025 – Bệnh viện đa khoa Hà Đông thuộc dự toán: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế, y dụng cụ năm 2025 – Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 2: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế năm 2025 – Bệnh viện đa khoa Hà Đông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế, y dụng cụ năm 2025 – Bệnh viện đa khoa Hà Đông thuộc dự toán: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế, y dụng cụ năm 2025 – Bệnh viện đa khoa Hà Đông với nội dung sau: Chi tiết tại phụ lục



Điều 2. Phòng Vật tư, Tổ chuyên gia (Công ty cổ phần tư vấn Vạn Long), tổ thẩm định (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Y tế Trường An) có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng Vật tư và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3;
- Ban giám đốc (để báo cáo);
- Tổ Thẩm định;
- Tổ Chuyên gia;
- Lưu: VT, VTTBYT(Thanh)

GIÁM ĐỐC *Amc*



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Vinh



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 2789/QĐ-BV ngày 12/11/2025 của Bệnh viện đa khoa Hà Đông)

STT	Mã phần (lô)	Tên phần lô	Nội dung đã phát hành tại E-HSMT	Nội dung đề nghị điều chỉnh
3	PP250058 7334	Phần 3: Máy điện tim 6 cần	<p>III. Chỉ tiêu kỹ thuật: Kết nối với hệ thống Pack có License của DICOM, kết nối hệ thống mạng bệnh viện qua công mạng Lan Hiển thị dữ liệu: dạng sóng 12 đạo trình, thông tin bệnh nhân, cài đặt độ ghi</p>	<p>III. Chỉ tiêu kỹ thuật: Kết nối với hệ thống của DICOM hoặc Pacs; Kết nối hệ thống mạng bệnh viện qua công mạng Lan Hiển thị dữ liệu: dạng sóng 12 đạo trình, thông tin bệnh nhân, cài đặt độ ghi</p>
4	PP250058 7335	Phần 4: Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số	<p>III. Chỉ tiêu kỹ thuật: Tính năng - Sử dụng được với mọi lứa tuổi. - Theo dõi được tối thiểu các thông số: ECG (Điện tim), RESP (Nhịp thở), NIBP (Huyết áp không xâm lấn), SPO2 (Bảo hòa ô xy), TEMP (Nhiệt độ); - Kết nối mạng và đồng bộ với hệ thống máy trung tâm</p> <p>Huyết áp không xâm lấn (NIBP) - Phương pháp đo: Dao động kế hoặc tương đương. - Dải đo: Người lớn: Từ ≤ 10 đến ≥ 280 mmHg. Trẻ em: Từ ≤ 10 đến ≥ 280 mmHg. Sơ sinh: Từ ≤ 10 đến ≥ 140 mmHg. - Độ chính xác: $\pm \leq 10$mmHg. - Phương thức đo: ≥ 2 phương thức. - Thời gian đo tối đa: Người lớn/trẻ em: ≤ 160 giây, trẻ sơ sinh: ≤ 90 giây.</p>	<p>III. Chỉ tiêu kỹ thuật: Tính năng - Sử dụng được với mọi lứa tuổi. - Theo dõi được tối thiểu các thông số: ECG (Điện tim), RESP (Nhịp thở), NIBP (Huyết áp không xâm lấn), SPO2 (Bảo hòa ô xy), TEMP (Nhiệt độ); - Kết nối mạng và đồng bộ với hệ thống máy trung tâm - Máy có thể cảnh báo kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến</p> <p>Huyết áp không xâm lấn (NIBP) - Phương pháp đo: Dao động kế hoặc tương đương. - Dải đo: Người lớn: Từ ≤ 10 đến ≥ 280 mmHg. Trẻ em: Từ ≤ 10 đến ≥ 280 mmHg. Sơ sinh: Từ ≤ 10 đến ≥ 140 mmHg. - Độ chính xác: $\pm \leq 10$mmHg. - Phương thức đo: ≥ 1 phương thức. - Thời gian đo tối đa: Người lớn/trẻ em: ≤ 160 giây, trẻ sơ sinh: ≤ 90 giây.</p>



Handwritten signature