



Nội dung sửa đổi E-HSMT

Gói thầu số 2: Hoá chất, vật tư tương thích cho máy xét nghiệm đông máu ACL Elite

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

STT	Tên hàng hóa	Số lượng	ĐVT	Quy cách tham khảo	Mô tả tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)-Trước sửa đổi	Mô tả tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)-Sau sửa đổi
4	Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy	6.000	ml	Hộp: 1x500 mL	Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần tối thiểu chứa acid chlohydric 100 mmol/L. Đóng gói: : > 500 mL/hộp Chứng nhận chất lượng CE, ISO (13485)	Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần tối thiểu chứa acid chlohydric 100 mmol/L. Đóng gói: : ≥ 500 mL/hộp Chứng nhận chất lượng CE, ISO (13485)