

PHỤ LỤC. NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT

(Kèm theo Quyết định số 828 /QĐ-BVĐHYD ngày 07 tháng 4 năm 2026)

STT	Mã phần (lô)	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
1	PP2600086788	<p>Catheter cắt đốt điện sinh lý tim điều khiển độ cong 2 chiều</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cỡ 8 Fr, dài ≥ 115 cm - Đầu điện cực 3.5 mm, khoảng cách điện cực 1 - 6 - 2 mm - Ống dẫn ≥ 8.5 Fr - 2 độ cong có thể điều khiển (64 - 76 mm)/ (76 - 102 mm) - Tương thích với ""Cáp nối catheter thăm dò điện sinh lý tim với hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D, kết nối catheter 34pin (CB3434CT)"" của hãng Biosense Webster <p>Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu)"</p>	<p>Catheter cắt đốt điện sinh lý tim điều khiển độ cong 2 chiều</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cỡ 8 Fr, dài ≥ 115 cm - Đầu điện cực 3.5 mm, khoảng cách điện cực 1 - 6 - 2 mm - Ống dẫn ≥ 8.5 Fr - 2 độ cong có thể điều khiển (64 - 76 mm)/ (76 - 102 mm) - Tương thích với "Cáp nối catheter cắt đốt rối loạn điện sinh lý tim với hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D, kết nối catheter 34pin (CR3434CT)" của hãng Biosense Webster <p>Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu)</p>


