

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên
- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm khí Oxy, khí CO2 phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên
- Tên gói thầu: Mua sắm khí Oxy, khí CO2 phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên
- Giá gói thầu: 211.370.000 VND
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 3/ 2026
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Tùy chọn mua thêm: $\leq 30\%$

2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu chung

- Nhà thầu đủ điều kiện cung cấp và hàng hóa được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành;
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau;
- Hàng hóa đóng, gói vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Nhà thầu đề xuất phạm vi cung cấp, ngày giao hàng phù hợp với tiến độ thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

b) Yêu cầu về kỹ thuật

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn)
1.	Khí Oxy y tế hóa lỏng	<ul style="list-style-type: none"> - Nồng độ hàm lượng: %O₂ ≥ 99,8% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc TCCS hoặc tương đương
2.	Khí Oxy y tế 1	<ul style="list-style-type: none"> - Nồng độ hàm lượng: %O₂ ≥ 99,7% - Đóng bình ≥ 8 lít khí nén - Áp suất ≥ 150 atm - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc TCCS hoặc tương đương
3.	Khí Oxy y tế 2	<ul style="list-style-type: none"> - Nồng độ hàm lượng: %O₂ ≥ 99,7% - Đóng bình ≥ 40 lít khí nén - Áp suất ≥ 150 atm - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc TCCS hoặc tương đương
4.	Khí CO ₂	<ul style="list-style-type: none"> - Nồng độ hàm lượng: %CO₂ ≥ 99,99% - Bình chứa ≥ 40 lít khí nén (tương đương ≥ 24kg khí CO₂) - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc TCCS hoặc tương đương

3. Các yêu cầu khác

- Nộp bản cam kết và thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư các nội dung sau:
 - + Nhà thầu đủ điều kiện cung cấp và hàng hóa được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành;
 - + Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau;
 - + Cung cấp hàng hoá theo dự trù của bệnh viện, thời gian giao hàng: Hàng hóa giao theo từng đợt tùy thuộc vào nhu cầu của Chủ đầu tư, Chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại trong trường hợp khẩn cấp); Riêng đối với hàng hóa trúng thầu dùng đợt xuất, khẩn cấp... bắt buộc giao hàng tại kho bên mua không quá 24 giờ;
 - + Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) đối với các thiết bị nhập khẩu; Tài liệu chứng nhận chất

lượng sản phẩm hoặc tương đương đối với các thiết bị sản xuất trong nước khi giao hàng;

+ Đáp ứng tất cả các cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật 24/24, thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư;

+ Thu hồi đổi trả trong trường hợp bình khí được giao bị rò rỉ, méo mó hay các lỗi khác mà xác định được không phải lỗi do Chủ đầu tư;

+ Chịu trách nhiệm, đền bù thiệt hại, phối hợp với các bên liên quan xử lý... nếu chất lượng của hàng hóa gây ảnh hưởng đến bệnh nhân trong quá trình khám, chữa bệnh;

+ Có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT;

- Nhà thầu chuẩn bị 1 bộ E-HSMT bản gốc để Chủ đầu tư lưu trữ khi được mời đối chiếu tài liệu.