

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT/hồ sơ mời thầu:
Mua Máy chuẩn độ (tự động)**

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

Tổ chuyên gia XDKH&LCNT trình Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xem xét, phê duyệt sửa đổi E-HSMT/hồ sơ mời thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 07/2023/NĐ-Cp ngày 03/03/2023 của Chính Phủ;

- Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh;

- Quyết định số 619/QĐ-TTKSBT ngày 15/9/2025 về việc Ban hành Quy Về việc ban hành Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ (trừ thuốc) của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 91/QĐ-TKSBT ngày 13/02/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm thiết bị, tài sản công năm 2026 từ nguồn Ngân sách nhà nước – Kinh phí không tự chủ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.

- Quyết định số 290/QĐ-TTKSBT ngày 28/4/2026 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua Máy chuẩn độ (tự động);

- Biên bản họp Hội đồng khoa học ngày 13/5/2026 về việc điều chỉnh thông số kỹ thuật Máy chuẩn độ (tự động);

- Biên bản họp của Tổ chuyên gia ngày 13/5/2026 về việc sửa đổi E-HSMT/hồ sơ mời thầu: Mua Máy chuẩn độ (tự động).

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh thành lập theo Quyết định số 201/QĐ-TTKSBT ngày 01/4/2026 để thực hiện lập E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu Mua Máy chuẩn độ (tự động).

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Trương Hoàng Kiên	Phó Giám đốc; Tổ trưởng	Quản lý chung
2	Nguyễn Tuấn Anh	Phó phòng KHNV; Tổ phó thường trực	Xây dựng HSMT
3	Nguyễn Thị Oanh	Trưởng khoa Dược -VTYT-Tổ phó	Xây dựng HSMT
4	Vũ Quang Thắng	Phó trưởng khoa HS; Tổ phó	Xây dựng HSMT
5	Đào Hồng Quang	Phó trưởng khoa Dược - VTYT; Tổ trưởng tổ thư ký	Xây dựng HSMT
6	Đặng Xuân Thủy	Cán bộ phòng TCKT; Thư ký	Xây dựng HSMT
7	Nguyễn Văn Chung	Cán bộ phòng TCHC; Thư ký	Xây dựng HSMT
8	Bùi Tuấn Lâm	Cán bộ khoa Dược - VTYT; Thư ký	Xây dựng HSMT
9	Vũ Hồng Anh	Cán bộ phòng KHNV; Thành viên	Xây dựng HSMT
10	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Phó trưởng khoa XN VSHH; Thành viên	Xây dựng HSMT
11	Phạm Thị Thanh Loan	Phó trưởng khoa XN VSHH; Thành viên	Xây dựng HSMT
12	Bùi Thu Hường	Cán bộ khoa Dược – VTYT; Thành viên	Xây dựng HSMT
13	Bùi Thanh Nam	Cán bộ khoa PCBTN; Thành viên	Xây dựng HSMT

3. Nội dung đề nghị sửa: gia hạn thời gian đóng thầu: 02 ngày từ ngày 18/5/2026 đến ngày 20/5/2026 và sửa đổi nội dung quy định tại Chương V của E-HSMT IB2600177124-00 chi tiết như sau:

Nội dung đã phát hành 290/QĐ-TTKSBT			Nội dung đề nghị sửa		
STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Yêu Cầu Kỹ Thuật (Tương Đương Hoặc Tốt Hơn)	STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Yêu Cầu Kỹ Thuật (Tương Đương Hoặc Tốt Hơn)

1	Máy chuẩn độ (tự động)	Khoảng đo pH: 0-14	1	Máy chuẩn độ (tự động)	Khoảng đo pH: ≤ 0 $-\geq 14$
		Khoảng đo phân cực: $\leq -120\mu\text{A}$ đến $\geq 120\mu\text{A}$			Khoảng đo phân cực (ngưỡng đo tối đa): $\geq 100\mu\text{A}$
		Màn hình hiển thị, Màn hình cảm ứng: LCD cảm ứng			Màn hình hiển thị: LCD hoặc tương đương
		Khoảng làm việc ≤ 200 vòng/phút đến ≥ 1900 vòng/phút			Tốc độ khuấy tối đa: ≥ 1800 vòng/phút

4 Kiến nghị:

Trên cơ sở các nội dung về E-HSMT theo từng nội dung nêu trên, Tổ Chuyên gia kính trình Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xem xét, phê duyệt sửa E-HSMT gói thầu Mua Máy chuẩn độ (tự động) để thực hiện các bước tiếp theo.

Tờ trình này được lập bởi:



Trương Hoàng Kiên



Nguyễn Tuấn Anh



Vũ Quang Thắng



Nguyễn Thị Oanh



Đào Hồng Quang



Đặng Xuân Thủy



Nguyễn Văn Chung




Bùi Tuấn Lâm



Phạm Thị Thanh Loan



Bùi Thanh Nam



Bùi Thu Hường



Nguyễn Thị Ánh Hồng



Vũ Hồng Anh