

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện II Lâm Đồng
- Gói thầu: gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện cho các máy chạy thận nhân tạo của Bệnh viện II Lâm Đồng năm 2026.
- Dự toán mua sắm: gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện cho các máy chạy thận nhân tạo của Bệnh viện II Lâm Đồng năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện II Lâm Đồng
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, 2026
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

2. Mục tiêu công việc:

Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện dịch vụ gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện cho các máy chạy thận nhân tạo của Bệnh viện II Lâm Đồng năm 2026, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Thiết bị sau khi bảo trì, thay thế vật tư linh kiện phải hoạt động bình thường, đúng theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
- Linh kiện thay thế, sửa chữa phải là hàng hóa chính hãng, được lưu hành hợp pháp, mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau, đảm bảo đồng bộ với thiết bị sẵn có tại Bệnh viện.
- Thời gian bảo hành đối với linh kiện thay thế: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất hoặc tối thiểu 6 tháng (áp dụng theo điều kiện nào có thời gian dài hơn).

3.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Gói thầu: cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện cho các máy chạy thận nhân tạo của Bệnh viện II Lâm Đồng năm 2026.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ																					
1	cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện cho các máy chạy thận nhân tạo của Bệnh viện II Lâm Đồng năm 2026.	<p>1. Thông tin thiết bị:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tên thiết bị: Máy chạy thận nhân tạo- Model: Dialog+- Hãng sản xuất: Braun- Nước sản xuất: Đức <p>2. Nội dung thực hiện:</p> <p><i>Thay thế các linh kiện vật tư sửa chữa cá máy chạy thận nhân tạo bao gồm:</i></p> <table border="1"><thead><tr><th>STT</th><th>Tên vật tư/linh kiện</th><th>Số lượng/ khối lượng</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Màng cân bằng</td><td>6</td></tr><tr><td>2</td><td>Bơm UF pump body</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>Cảm biến áp lực PE</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>Bơm bánh răng FPE</td><td>6</td></tr><tr><td>5</td><td>Cảm biến nhiệt độ dịch lọc</td><td>4</td></tr><tr><td>6</td><td>Màn hình cảm ứng</td><td>3</td></tr></tbody></table>	STT	Tên vật tư/linh kiện	Số lượng/ khối lượng	1	Màng cân bằng	6	2	Bơm UF pump body	3	3	Cảm biến áp lực PE	2	4	Bơm bánh răng FPE	6	5	Cảm biến nhiệt độ dịch lọc	4	6	Màn hình cảm ứng	3
STT	Tên vật tư/linh kiện	Số lượng/ khối lượng																					
1	Màng cân bằng	6																					
2	Bơm UF pump body	3																					
3	Cảm biến áp lực PE	2																					
4	Bơm bánh răng FPE	6																					
5	Cảm biến nhiệt độ dịch lọc	4																					
6	Màn hình cảm ứng	3																					

3.3. Cam kết cho gói thầu:

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ với các nội dung như sau:

- Cam kết thực hiện dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo trì sau bán hàng. Đảm bảo thiết bị sau bảo trì, thay thế vật tư, phụ kiện hoạt động bình thường theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

- Cam kết linh, phụ kiện thay thế chính hãng hoặc tương đương, được lưu hành hợp pháp, mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau, đảm bảo đồng bộ với thiết bị sẵn có tại Bệnh viện.

- Cam kết trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về trường hợp phát sinh sự cố bất ngờ, nhà thầu sẽ cử đại diện đến kiểm tra và khắc phục trong khả năng của nhà thầu.

- Cam kết nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần

- Cam kết thời gian bảo hành linh phụ kiện thay thế: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất hoặc tối thiểu 06 tháng (áp dụng theo điều kiện nào có thời gian dài hơn).

- Cam kết nắm rõ và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện gói thầu.

- Cam kết bố trí đầy đủ nhân sự thực hiện dịch vụ, đảm bảo nhân sự có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

- Giá dự thầu đã bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu. Thiết bị được bảo trì, thay thế vật tư, linh kiện hoạt động bình thường đáp ứng yêu cầu sử dụng của Bệnh viện.

- Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy tờ như sau khi thực hiện hợp đồng và khi có yêu cầu của Chủ đầu tư (đối với vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế):

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, số lưu hành, giấy phép nhập khẩu nếu hàng hóa là thiết bị y tế (Trừ trường hợp hàng hóa nằm ngoài quy định phải có giấy phép nhập khẩu) và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng;

+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số đăng ký lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sau khi thực hiện xong nội dung công việc trong hợp đồng, nhà thầu bàn giao sản phẩm và hồ sơ, tài liệu liên quan cho Chủ Đầu tư để làm căn cứ nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.