

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT



Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Dự toán: Sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị y tế lần 1 năm 2026; *Trần Minh Dié*
- Quy mô dự toán mua sắm: 1.805.250.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm linh năm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng*);
- Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Nhi Trung ương;
- Tên Gói thầu: Gói 5 - Cung cấp Máy thổi không khí cho hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm (Model: BP ATLAS);
- Giá gói thầu: 135.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng*);
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng;
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày;
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng;
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Nhi Trung ương - Số 18/879 La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm: Yêu cầu chung; Yêu cầu cấu hình, chỉ tiêu kỹ thuật; Yêu cầu khác

Nhà thầu cung cấp trong E-HSMT bản đáp ứng về kỹ thuật cho danh mục hàng hóa dự thầu, trong đó trình bày đầy đủ các nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT tham chiếu đến các trang tương ứng trong catalô/tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, trình bày theo bảng sau:

Mẫu số 21

BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CỦA E-HSMT

TT	Yêu cầu của E-HSMT	Đáp ứng của thiết bị/hệ thống	Tài liệu tham chiếu
<i>[ghi số hiệu hạng mục]</i>	<i>[ghi mức yêu cầu]</i>	<i>[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]</i>	<i>[ghi rõ loại tài liệu, số trang, trích dẫn thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]</i>
Nhà thầu ghi thông tin hàng hóa dự thầu gồm các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Tên hàng hóa- Model/Ký mã hiệu- Nhãn hiệu- Hãng sản xuất- Xuất xứ			



ba

chly *HP* #

TT	Yêu cầu của E-HSMT	Đáp ứng của thiết bị/hệ thống	Tài liệu tham chiếu
[ghi số hiệu hạng mục]	[ghi mức yêu cầu]	[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]	[ghi rõ loại tài liệu, số trang, trích dẫn thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]
<i>- Hãng chủ sở hữu (nếu có)</i>			
I.	Yêu cầu chung:		
.....			
II.	Yêu cầu cấu hình, chỉ tiêu kỹ thuật		
.....			
II.	Yêu cầu khác		
.....			

Các nội dung quy định tại các Mục I, Mục II, Mục III đối với danh mục hàng hóa là các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc mà nhà thầu phải đáp ứng toàn bộ thông qua việc cung cấp tài liệu hoặc thực hiện cam kết để chứng minh. Đối với nội dung yêu cầu tại Mục II - Yêu cầu cấu hình, chỉ tiêu kỹ thuật, nhà thầu phải cung cấp bảng mô tả sản phẩm (catalog) hoặc tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất phát hành để chứng minh mức độ đáp ứng của hàng hóa dự thầu. Các tài liệu kỹ thuật thể hiện bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh do hãng sản xuất phát hành (đối với các thiết bị nhập khẩu), nếu là ngôn ngữ khác thì phải có bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch).

(Đối với các tiêu chí kỹ thuật chưa được thể hiện trong Catalog, bản dữ liệu sản phẩm nhà thầu được phép thực hiện cam kết. Bên mời thầu sẽ kiểm tra, đánh giá các tiêu chí kỹ thuật thực hiện bằng cam kết khi nhận hàng hóa. Trường hợp hàng hóa khi nhận không đạt theo yêu cầu tại E-HSMT, nhà thầu phải thu hồi vô điều kiện hàng hóa đó và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chịu phạt vi phạm hợp đồng theo quy định)

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Hạng mục số	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Số lượng	Ghi chú
I.	Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%.			
II.	Yêu cầu cấu hình, chỉ tiêu kỹ thuật			
1.	Máy thổi không khí cho hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm	- Điện áp: 3 pha, 380V - Công suất: $\geq 2,2$ KW - Lưu lượng khí: ≥ 300 m ³ /h - Cấp bảo vệ: IP55 hoặc tốt hơn - Độ ồn khi hoạt động: ≤ 70 dB - Sản xuất tại các nước G7/EU	01 cái	Thay thế, sửa chữa cho Hệ thống chuyển mẫu bệnh

NH V
NH I
NG U
★

Hạng mục số	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Số lượng	Ghi chú
		<ul style="list-style-type: none"> - Phù hợp tiêu chuẩn: Chỉ thị EC về máy móc và tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC - Tương thích với hệ thống chuyên mẫu bệnh phẩm Bệnh viện đang sử dụng. (BP Atlas) 		phẩm (Model: BP ATLAS; Hãng sản xuất: Telecom)
III.	Yêu cầu khác: <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày, tại Bệnh viện Nhi Trung ương; - Báo giá trọn gói sửa chữa, linh kiện thay thế, vận hành và bàn giao cho Bệnh viện sau sửa chữa, đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có); - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua; - Cam kết cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ chất lượng của hàng hóa. 			

1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Các bên sẽ tiến hành kiểm tra và vận hành thử thiết bị trước khi nghiệm thu. Kiểm định trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền và tuân theo các văn bản quy định của pháp luật hiện hành.