

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch
- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung ứng y dụng cụ, vật tư y tế của Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch năm 2025-2026
- Tên gói thầu: Gói thầu 02: Vật tư Y tế
- Giá gói thầu: 588.380.000 VND
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh dự toán năm 2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 12 tháng
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III, 2025
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu chung

- Nhà thầu đủ điều kiện cung cấp và hàng hóa được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành;

- Hàng hóa mới 100%, đảm bảo hạn sử dụng tối thiểu 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 năm; ¼ hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm theo nhà sản xuất khi bàn giao hàng hóa.

- Nhà thầu đề xuất phạm vi cung cấp, ngày giao hàng phù hợp với tiến độ thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

b) Yêu cầu về kỹ thuật

STT	Mã phân lô	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn)
1.	PP2500357988	Găng tay khám các cỡ	Găng tay khám có bột, các cỡ

2.	PP2500357989	Kim lấy máu thử đường huyết	Kim lấy máu dùng cho bút chích máu, tương thích với máy thử đường huyết Terumo của đơn vị
3.	PP2500357990	Kim luồn tĩnh mạch an toàn G22	<p>Có đầu bảo vệ tối thiểu bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có vách ngăn chống máu trào ngược - Đầu kim vát 3 mặt (Tạo độ bén tối ưu) - Catheter nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu PUR - Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền - Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy 35ml/phút. Tốc độ chảy khi bơm áp lực cao 5-8ml/giây - Đường kính và độ dài catheter: $\geq 0.9\text{mm} \times 25\text{mm}$
4.	PP2500357991	Kim châm cứu nhĩ châm 0.18 x 15mm	<p>Thân kim làm tối thiểu bằng thép y tế không gỉ, kim thẳng, tròn, dẻo, không có độ nhám bề mặt, mũi kim được tự động đánh bóng bằng máy, sắc bén, không gây đau. Kích thước: 0,18x15mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tay cầm kim được cuộn bằng thép không gỉ y tế, liên kết giữa thân kim và đầu kim được cố định chắc chắn, đốc kim tròn đều và sát nhau, không sắc cạnh và màu đồng đều. - Kim được đóng gói riêng từng cây, vô trùng, dùng một lần.
5.	PP2500357992	Kim điện mãng châm 10 x 150mm	<p>Thân kim làm tối thiểu bằng thép y tế không gỉ, kim thẳng, tròn, dẻo, không có độ nhám bề mặt, mũi kim được tự động đánh bóng bằng máy, sắc bén, không gây đau. Kích thước: 10x150mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tay cầm kim được cuộn bằng thép không gỉ y tế, liên kết giữa thân kim và đầu kim được cố định chắc chắn, đốc kim tròn đều và sát nhau, không sắc cạnh và màu đồng đều. - Kim được đóng gói riêng từng cây, vô trùng, dùng một lần.
6.	PP2500357993	Màng nilon đóng túi thuốc sắc máy	<p>Màng sắc thuốc đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và có công bố Hợp quy bao bì của Cục an toàn thực phẩm-Bộ Y tế hoặc tương đương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành phẩm được ghép tối thiểu 2 lớp PA/PE dày 100 ± 05 micron có in 4 màu theo logo thiết kế của Bệnh viện, bao gồm: cuộn mặt trước (≥ 300 cuộn) và cuộn mặt sau (≥ 300 cuộn). Cuộn được quấn có độ dài $\geq 400\text{m}$, ngang 100mm, có lõi giấy cứng bên

			<p>trong.</p> <p>-Nội dung thông tin in trên sản phẩm gồm 2 mặt (in theo chiều ngang của sản phẩm):</p> <p>+Mặt trước:</p> <p>Kích thước in : dài 77mm, rộng 80mm Nội dung in: góc trên bên trái in hình logo Bệnh viện, góc trên bên phải ghi thông tin: tên bệnh viện, địa chỉ và số điện thoại. Phía dưới bên trái hình củ nhân sâm, phía dưới bên phải in hình 02 con hươu đứng trên thảm cỏ.</p> <p>+Mặt sau:</p> <p>Kích thước in: dài 77mm, rộng 80mm Nội dung in: phía trên ghi: THUỐC SẮC UỐNG LIỀN. Phía trên bên trái ghi: Hệ thống máy sắc, chiết xuất đóng túi riêng cho từng bệnh nhân bảo đảm vệ sinh, tiện sử dụng, phù hợp với nguyên lý sắc thuốc y học cổ truyền. Để dùng thuốc ấm nên cho túi thuốc vào ca nước sôi chừng 5 phút và dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc điều trị. Phía trên bên phải là hình ấm sắc thuốc cổ truyền có in hình logo của bệnh viện ở phía trước. Phía dưới của ấm thuốc ghi chú bảo quản: Bảo quản nơi khô mát, nên sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày sắc. Phía dưới là màng trong suốt có in nghiêng: THUỐC SẮC UỐNG LIỀN.</p>
--	--	--	--

3. Các yêu cầu khác

- Nộp và thực hiện theo yêu cầu khi chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư yêu cầu các bản cam kết sau:

+ Nhà thầu đủ điều kiện cung cấp và hàng hóa được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành;

+ Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp;

+ Hàng hóa cung cấp mới 100%, đảm bảo hạn sử dụng tối thiểu 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 năm; ¼ hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm theo nhà sản xuất khi bàn giao hàng hóa;

+ Cam kết đối với hàng hóa Màng nilon đóng túi thuốc sắc máy in đúng nội dung, màu sắc đảm bảo sáng, sắc nét, chữ, hình ảnh rõ ràng và không bị nhòe và Bản maket phải được chủ đầu tư đồng ý thông qua trước khi đưa vào công đoạn in ấn

+ Cung cấp hàng mẫu trong trường hợp có yêu cầu của Chủ đầu tư;

+ Thời gian giao hàng: Chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại trong trường hợp khẩn cấp); Riêng đối với hàng hóa trúng thầu dùng đột xuất, khẩn cấp... bắt buộc giao hàng tại kho bên mua không quá 24 giờ;

+ Thu hồi hàng hoá trong trường hợp hàng hoá đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc không sử dụng được với trang thiết bị hiện có của đơn vị thụ hưởng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư;

+ Có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT;

+ Thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư trong trường hợp hàng hóa có bất kỳ thay đổi từ nhà sản xuất.

- Nhà thầu chuẩn bị 1 bộ E-HSMT bản gốc để Chủ đầu tư lưu trữ khi được mời đối chiếu tài liệu.