

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai
- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua khí y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai năm 2025-2026
- Tên gói thầu: Mua khí y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai năm 2025-2026
- Giá gói thầu: 1.098.500.000 VND
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9 năm 2025
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Tùy chọn mua thêm: Tối đa 30%, cụ thể:

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng (mua thêm)
1	Oxy Lông	Kg	99.000
2	Khí Oxy chai nhỏ 8 lít	Chai	150
3	Khí CO2 chai bé 10 lít	Chai	21
4	Khí Oxy chai to 40 lít	Chai	45

2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu chung

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau
- Nhà thầu đề xuất ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu tại Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp hàng hóa.

b) Yêu cầu về kỹ thuật

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn)
1.	Oxy Lông	- Chất lượng oxy $\geq 99,6\%$ - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương
2.	Khí Oxy chai nhỏ 8 lít	- Dung tích bình: ≥ 8 lít; Áp suất ≥ 135 atm; Chất lượng oxy $\geq 99,5\%$ - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương
3.	Khí CO2 chai bé 10 lít	- Dung tích bình: ≥ 10 lít; Áp suất ≥ 135 atm; Chất lượng CO2 $\geq 99,9\%$. Khối lượng khí ≥ 5 kg/chai - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương
4.	Khí Oxy chai to 40 lít	- Dung tích bình: ≥ 40 lít; Áp suất ≥ 135 atm; Chất lượng oxy $\geq 99,5\%$ - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương

3. Các yêu cầu khác

- Nộp và thực hiện theo yêu cầu khi chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư yêu cầu các bản cam kết sau:

- + *Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp;*
- + *Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau*
- + *Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) đối với các hàng hóa nhập khẩu; Tài liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc tương đương đối với các hàng hóa sản xuất trong nước khi giao hàng;*
- + *Tthời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.*
- + *Cam kết cho chủ đầu tư mượn vỏ bình khí các loại khi giao hàng.*
- + *Thời gian giao hàng: Hàng hóa giao theo từng đợt tùy thuộc vào nhu cầu của Chủ đầu tư, Chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại trong trường hợp khẩn cấp); Riêng đối với hàng hóa trúng thầu dùng đợt xuất, khẩn cấp... bắt buộc giao hàng tại kho bên mua không quá 12 giờ;*
- + *Chịu trách nhiệm, đền bù thiệt hại, phối hợp với các bên liên quan... nếu chất lượng của hàng hóa gây ảnh hưởng đến bệnh nhân trong quá trình khám, chữa bệnh*
- + *Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Bên mua.*

+ Có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT;

+ Thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư trong trường hợp hàng hóa có bất kỳ thay đổi từ nhà sản xuất.

- Nhà thầu chuẩn bị 1 bộ E-HSDT bản gốc để Chủ đầu tư lưu trữ khi được mời đối chiếu tài liệu.