

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

TÊN GÓI THẦU: MSHH 01/2025/BM2: MUA SẴM THIẾT BỊ PHÒNG MỒ
TÊN DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CƠ SỞ 2 CỦA BỆNH VIỆN
BẠCH MAI.
CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH Y TẾ
ĐƠN VỊ TƯ VẤN
ĐẦU THẦU: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HS GROUP

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN

GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ THUÝ VÂN

**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ ĐẦU TƯ HS GROUP**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 411/BCĐG-HS

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: MSHH 01/2025/BM2: Mua sắm thiết bị phòng mổ
Thuộc dự án mua sắm: Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai.

Kính gửi: Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế
- Tên dự án mua sắm: Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai.
- Tên gói thầu: MSHH 01/2025/BM2: Mua sắm thiết bị phòng mổ
- Số KHLCNT: PL2500126007-00 thời điểm đăng tải 23/05/2025;
PL2500126007-01 thời điểm đăng tải 10/09/2025;
PL2500126007-02 thời điểm đăng tải 10/09/2025;
PL2500126007-03 thời điểm đăng tải 25/11/2025;
PL2500126007-04 thời điểm đăng tải 25/11/2025;
- Số E-TBMT: IB2500410095 - 00 thời điểm đăng tải 27/09/2025;
IB2500410095 - 01 thời điểm đăng tải 17/10/2025;
IB2500410095 - 02 thời điểm đăng tải 28/10/2025;
- Giá gói thầu: 104.649.733.465 VND
- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9 Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội; Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu Thầu, Luật Đầu Tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu Tư, Luật Đầu Tư Công, Luật Quản Lý, Sử dụng tài sản công.

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý TTBYT; Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính Phủ;

Căn cứ Quyết định số 1717/QĐ-BYT ngày 22/05/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2025 Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-BCNYT ngày 08/09/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2025 Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai;

Căn cứ quyết định số 122/QĐ-BCNYT ngày 26/9/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu MSHH 01/2025/BM2: Mua sắm thiết bị phòng mổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai;

Căn cứ quyết định số 368/QĐ-BCNYT ngày 17/10/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu MSHH 01/2025/BM2: Mua sắm thiết bị phòng mổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai;

Căn cứ quyết định số 459/QĐ-BCNYT ngày 28/10/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt sửa đổi (Lần 2) hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu MSHH 01/2025/BM2: Mua sắm thiết bị phòng mổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai;

2. Tổ chuyên gia

a. Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn đầu tư HS Group thành lập theo Quyết định số 03.02/QĐ-HS ngày 10/10/2025 để thực hiện tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu mua sắm thiết bị y tế Dự án: thuộc Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai.

Căn cứ hợp đồng số 03/2025/HĐ-BCNYT ngày 06/05/2025 giữa Ban quản lý dự án công trình y tế và Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư HS Group về việc thực hiện Gói thầu TV01/2025/BM2: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu mua sắm thiết bị y tế Dự án: thuộc Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai.

b. Thành phần tổ chuyên gia

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Thị Thúy Vân	Tổ trưởng	Phụ trách chung
2	Nguyễn Tiến Kiên	Thành viên	Đánh giá E-HSDT
3	Nguyễn Mai Chi	Thành viên	Đánh giá E-HSDT
4	Nguyễn Thị Dương	Thành viên	Đánh giá E-HSDT
5	Trần Thị Quỳnh Như	Thành viên	Đánh giá E-HSDT
6	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	Đánh giá E-HSDT

c. Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia đấu thầu cùng nhau tiến hành đánh giá E-HSDT. Sau đó, Tổ chuyên gia cùng thống nhất ý kiến chung và ký vào phiếu đánh giá. Trường hợp có thành viên trong tổ chuyên gia đánh giá khác biệt (đạt hoặc không đạt) so với đa số thành viên còn lại, tổ chuyên gia sẽ họp lại và cùng đánh giá lại. Nếu thành viên đó bảo lưu ý kiến thì Tổ trưởng tổ chuyên gia có thể quyết định không sử dụng kết quả đánh giá của thành viên đó để đưa vào kết quả đánh giá cuối cùng. Tuy nhiên, ý kiến bảo lưu của thành viên đó sẽ được nêu tại Mục IV báo cáo này.

Các nhà thầu đáp ứng về tính hợp lệ sẽ được tiếp tục đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. E-HSDT của nhà thầu đáp ứng tại bước đánh giá về tính hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm sẽ được tiếp tục đánh giá về Kỹ thuật. E-HSDT của những nhà thầu đáp ứng tại bước đánh giá về Kỹ thuật sẽ được tiếp tục đánh giá về tài chính.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

BIÊN BẢN MỞ THẦU

Thông tin chung

Mã TBMT	IB2500410095
Tên gói thầu	MSHH 01/2025/BM2: Mua sắm thiết bị phòng mổ
Tên chủ đầu tư	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế
Số lượng nhà thầu	2
Thời điểm hoàn thành mở thầu	08/11/2025 09:11
Lĩnh vực	Hàng hóa

Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2500126007
Tên kế hoạch LCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2025 dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai
Loại hợp đồng	Trọn gói
Thời gian thực hiện gói thầu	120 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	08/11/2025 09:00
Giá gói thầu	104.649.733.465 VND

Thông tin nhà thầu

Mã phần /lô	Tên phần/lô	Mã định danh	Tên nhà thầu	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu cho các phần NT tham dự(VND)	Hiệu lực của BDDT (ngày)	Giá dự thầu (VND)	Tỉ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Thời gian thực hiện gói thầu
PP25 0025 0380	Phần 1: Thiết bị phòng mổ									
		vn01 0114 7344	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y	90	1.069.410.075	120	71.270.300.000	-	71.270.300.000	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

			TỔ							
PP25 0025 0381	Phần 2: Cửa, khoan xương và dụng cụ phẫu thuật									
		vn01 0191 5194	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG	90	500.335 .927	120	33.351 .837.0 00	-	33.351 .837.0 00	Xem chi tiết tại mẫu tiền độ

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

- a. Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	
	PP2500250380: Phần 1: Thiết bị phòng mổ	Đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG	
	PP2500250381: Phần 2: Cửa, khoan xương và dụng cụ phẫu thuật	Đạt

- b. Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: không có.

Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): không có.

- c. Các lưu ý khác trong quá trình thực hiện đánh giá E-HSDT: không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

- a. Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02A và Mẫu số 02B):

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	
	PP2500250380: Phần 1: Thiết bị phòng mổ	Đạt

2	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG	
	PP2500250381: Phần 2: Cửa, khoan xương và dụng cụ phẫu thuật	Đạt

b. Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c. Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). *Chi tiết tại các văn bản sau:*

- Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh khả năng đáp ứng năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Công văn làm rõ số 324/CV-HS ngày 28/11/2025 của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư HS Group về việc làm rõ E-HSDT Gói thầu: MSHH 01/2025/BM2: Mua sắm thiết bị phòng mổ thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn>).

- Nhà thầu có công văn trả lời làm rõ:

Stt	Đơn vị phát hành	Nội dung
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	Hồ sơ trả lời làm rõ số 312/CV-IDMED ngày 03/12/2025

d. Các lưu ý khác trong quá trình thực hiện đánh giá E-HSDT: Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a. Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: *(tổng hợp từ Mẫu số 03B):*

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	
	PP2500250380: Phần 1: Thiết bị phòng mổ	Không Đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG	
	PP2500250381: Phần 2: Cửa, khoan xương và dụng cụ phẫu thuật	Không Đạt

b. Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT):

STT	Nội dung yêu cầu của E-HSMT	Đáp ứng kỹ thuật của nhà thầu	Nhận xét của tổ chuyên gia
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ			
PP2500250380: Phần 1: Thiết bị phòng mổ			
1.7. DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN $\geq 300W$			
1	Chế độ lưỡng cực (Bipolar): - Điện áp đỉnh: ≥ 390 V	Điện áp đỉnh tối đa 740 Vp Tài liệu tham chiếu: User manual VIO 300S trang 113/166: "BIPOlar CUT", "Max. HF peak voltage", "740 Vp"	Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu của nhà sản xuất phát hành chứng minh thông số: Điện áp đỉnh của Chế độ Bipolar Soft Coag => Sau làm rõ, nhà thầu bổ sung tài liệu thể hiện thông số của Soft coag có điện áp đỉnh 200Vp, không đáp ứng yêu cầu E-HSMT. =>Không Đạt
2	Chế độ cắt đơn cực (Monopolar CUT): - Điện áp đỉnh: ≥ 1500 V	Điện áp đỉnh: 1550 Vp Tài liệu tham chiếu: User manual VIO 300S trang 91/166: "DRY CUT °", "Max. HF peak voltage", "1550 Vp"	Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu của nhà sản xuất phát hành chứng minh thông số: Điện áp đỉnh của Chế độ AUTO CUT và HIGH CUT => Sau làm rõ, nhà thầu cung cấp tài liệu thể hiện thông số: - Auto Cut: điện áp đỉnh 740 Vp - High cut: điện áp đỉnh 1040 Vp không đáp ứng yêu cầu E-HSMT
3	Chế độ cắt đơn cực (Monopolar CUT): - Hệ số cầm máu: ≥ 1.5	Hệ số cầm máu: 3.7 Tài liệu tham chiếu: User manual VIO 300S trang 91/166: "DRY CUT °", "Crest factor", "3.7 (at R 500 ohms)"	Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu của nhà sản xuất phát hành chứng minh thông số: Hệ số cầm máu của Chế độ AUTO CUT và HIGH CUT => Sau làm rõ, nhà thầu cung cấp tài liệu thể hiện thông số: - Auto Cut: hệ số cầm máu: 1.4 - High cut: hệ số cầm máu: 1.4 không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

STT	Nội dung yêu cầu của E-HSMT	Đáp ứng kỹ thuật của nhà thầu	Nhận xét của tổ chuyên gia
4	Chế độ đốt đơn cực (Monopolar Coag): - Điện áp đỉnh ≥ 3900 V	Điện áp đỉnh: 4300 V Tài liệu tham chiếu: <i>User manual VIO 300S</i> trang 105/166: "SPRAY COAG", "Max. HF peak voltage", "4300 V"	Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu của nhà sản xuất phát hành chứng minh thông số: Điện áp đỉnh của Chế độ ""SOFT COAG"", ""SWIFT COAG"", ""FORCED COAG"", ""TWIN COAG"", ""CLASSIC COAG" => Sau làm rõ, nhà thầu cung cấp tài liệu thể hiện thông số: - SOFT COAG: điện áp đỉnh: 190 Vp - SWIFT COAG: điện áp đỉnh: 2500 Vp - FORCED COAG: điện áp đỉnh: 2000 Vp - TWIN COAG: điện áp đỉnh: 2000 Vp - CLASSIC COAG: điện áp đỉnh: 1450Vp không đáp ứng yêu cầu E-HSMT
5	Chế độ đốt đơn cực (Monopolar Coag): - Trở kháng: ≥ 250 Ohm,	Trở kháng: 500 Ohm Tài liệu tham chiếu: <i>User manual VIO 300S</i> trang 105/166: "SPRAY COAG", "Rated load resistor", "500 ohms"	Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu của nhà sản xuất phát hành chứng minh thông số: Trở kháng của Chế độ ""SOFT COAG"", ""SWIFT COAG"", ""FORCED COAG"", ""TWIN COAG"", ""CLASSIC COAG"" => Sau làm rõ, nhà thầu cung cấp tài liệu thể hiện thông số: - SOFT COAG: trở kháng: 50 Ohm không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG

PP2500250381: Phần 2: Cưa, khoan xương và dụng cụ phẫu thuật

2.1. CƯA XƯƠNG ỨC

STT	Nội dung yêu cầu của E-HSMT	Đáp ứng kỹ thuật của nhà thầu	Nhận xét của tổ chuyên gia
1	Bộ phụ kiện cố định cửa xương ức trong hấp tiết trùng: Khay giá gài pin ≥ 01 cái Giá gài đầu bảo vệ tạt ≥ 01 cái		Nhà thầu không chào thầu. TCG đánh giá không đạt

2.6. BỘ DỤNG CỤ MỔ TIM CƠ BẢN

1	Hộp đựng vào bảo quản dụng cụ phẫu thuật các cỡ Số lượng: 2 cái	Hộp đựng vào bảo quản dụng cụ phẫu thuật các cỡ Số lượng: 1 cái	Yêu cầu E-HSMT: số lượng 2 Cái Tuyên bố đáp ứng: số lượng 1 Cái $\Rightarrow$ Không đạt
---	--	--	---

2.17. BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT TAI

1	Que thăm dò Que thăm dò, gấp góc 2 lần (đầu 1 mm gấp 45 độ và 2.5 mm gấp 60 độ), chiều dài 140 - 160mm	Que thăm dò, gấp góc 2 lần, đầu 2 mm gấp 45 độ và 2.5 mm gấp 60 độ, chiều dài 130mm <i>Tài liệu tham chiếu: "catalog Dụng cụ Tai Mũi Họng Trang 5 Watson-Cheyne dissector, double, angle 45° 2.0mm / angle 60° 2.5 mm, 130 mm (đáp ứng tương đương về kích thước. Cam kết đáp ứng đúng theo nhu cầu về khoảng kích thước của người sử dụng)"</i>	Yêu cầu E-HSMT: ...(đầu 1 mm gấp 45 độ... Đáp ứng E-HSMT: ...đầu 2 mm gấp 45 độ... $\Rightarrow$ Không đáp ứng do kích thước đầu vượt quá sai số 10%
---	--	---	--

2.27. BỘ PHẪU THUẬT HÀM MẶT

1	Kẹp mang kim đầu to - Kẹp mang kim, ngàm tungsteng carbide, cán vàng, thẳng, dùng cho chỉ đến 3/0, dài ≥ 150 mm	Kẹp mang kim đầu to (Kìm mang kim TC Mayo-Hegar) - Kìm mang kim Mayo-Hegar, ngàm phủ Tungsteng Carbide, cán vàng, thẳng, dài 160	Yêu cầu E-HSMT: ... dùng cho chỉ đến 3/0... Đáp ứng của hàng hóa: ... TC, 0/6-4/0 $\Rightarrow$ Không đáp ứng yêu cầu E-HSMT
---	--	---	--

STT	Nội dung yêu cầu của E-HSMT	Đáp ứng kỹ thuật của nhà thầu	Nhận xét của tổ chuyên gia
	- Chất liệu thép không gỉ	mm, dùng cho chỉ 0/6-4/0 - Chất liệu thép không gỉ <i>Tài liệu tham chiếu: "- Trang 1 - Catalogue Bộ DCPT hàm mặt Dimeda ""MAYO-HEGAR needle holder, straight, 16cm/6¼"" , TC, 0/6-4/0""</i> - Hình ảnh thể hiện ""Cán vàng"" - Trang 7 - IFU Dimeda ""Materials: The raw materials used are stainless steels according to DIN EN ISO 7153-1""	

2.29. BỘ PHẪU THUẬT VI PHẪU TẠO HÌNH

1	Kẹp mạch máu đơn Kẹp mạch máu, kích thước ngàm 5-8 x 2-3 mm, 90-110g, dài 15-20 mm	Kẹp mạch máu, kích thước ngàm 8 x 2 mm, 85g, dài 15 mm <i>Tài liệu tham chiếu: "Datasheet_15-474-08 Vessel clip straight, length of jaw 8x2 mm, closing pressure 85gr Length: 15.0 mm (đối với kẹp vi phẫu mạch máu, để tránh làm tổn thương mạch máu khi kẹp thì lực kẹp càng nhỏ càng tốt. Vì vậy chúng tôi chào loại 85g là đáp ứng tốt hơn so với yêu cầu)</i>	Yêu cầu HSMT: Kẹp mạch máu, kích thước: 90-110g Đáp ứng: closing pressure 85gr ⇒ Không đạt
---	--	---	--

STT	Nội dung yêu cầu của E-HSMT	Đáp ứng kỹ thuật của nhà thầu	Nhận xét của tổ chuyên gia
2	Kẹp mạch máu đơn Kẹp mạch máu, kích thước ngàm 10-15x1.5-2.5 mm, 120-140g, dài 18-25 mm	Kẹp mạch máu, kích thước ngàm 10x2 mm, 60g, dài 18 mm <i>Tài liệu tham chiếu: "Datasheet_15-474-10 Vessel clip straight, length of jaw 10x2 mm, closing pressure 60gr Length: 18.0 mm (đối với kẹp vi phẫu mạch máu, để tránh làm tổn thương mạch máu khi kẹp thì lực kẹp càng nhỏ càng tốt. Vì vậy chúng tôi chào loại 60g là đáp ứng tốt hơn so với yêu cầu)"</i>	Yêu cầu HSMT: Kẹp mạch máu: 120-140g Đáp ứng: closing pressure 60gr ⇒ Không đạt

c. Các nội dung làm rõ E-HSĐT nhằm chứng minh đáp ứng kỹ thuật của nhà thầu (nếu có). *Chi tiết tại các văn bản sau:*

- Các nội dung làm rõ E-HSĐT nhằm chứng minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của nhà thầu (nếu có): Công văn làm rõ số 324/CV-HS ngày 28/11/2025 của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư HS Group về việc làm rõ E-HSĐT Gói thầu: MSHH 01/2025/BM2: Mua sắm thiết bị phòng mổ thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn>).

- Nhà thầu có công văn trả lời làm rõ:

Stt	Đơn vị phát hành	Nội dung
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	Hồ sơ trả lời làm rõ số 312/CV-IDMED ngày 03/12/2025

d. Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Không có nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nên không có nhà thầu nào được xét về tài chính.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSĐT

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 06

Stt	Nội dung	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG
	Phần/lô	PP2500250380: Phần 1: Thiết bị phòng mổ	PP2500250381: Phần 2: Cưa, khoan xương và dụng cụ phẫu thuật.
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không Đạt	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét	Không xét
5	Xếp hạng các E-HSDT	Không xếp hạng	Không xếp hạng

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 25/11/2025 đến ngày 15/12/2025 lập báo cáo đánh giá.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây:

1. Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

Tổ chuyên gia Công ty TNHH tư vấn đầu tư HS Group xin kiến nghị Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế tiến hành hủy thầu theo điểm a, Khoản 1, Điều 17, Luật đấu thầu 22/2023/QH15, ngày 23 tháng 6 năm 2023:

“Điều 17. Hủy thầu

1. Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm:

a) Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;”


2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu diễn ra cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:


Trần Thị Thúy Vân

.....

Nguyễn Tiến Kiên

.....

Nguyễn Mai Chi

.....

Nguyễn Thị Dương

.....

Trần Thị Quỳnh Như

.....

Nguyễn Thị Hằng

.....